	<b>ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA</b>	<b>EMS019</b>
		<b>CINTO DE NYLON TIPO ARANHA OU POLVO</b>




Imagem meramente ilustrativa

CÓDIGO CEEE: 023150056

**DESCRIÇÃO:** Cinto de nylon 600 ou 100% poliamida com 50 mm de largura e cinco cintas em cores diferentes, com velcro duplo na cor preta, com dimensões variadas, para conter os movimentos dos membros e do corpo. A cinta do tórax (amarela) deve possuir limitador de curso de, no mínimo, 150 mm, a 150 mm da extremidade superior. As bordas das tiras devem ser embainhadas. Deverão acompanhar duas cintas extras removíveis com velcro, na cor amarela, com as medidas da faixa do tórax. O material deve ser radioluciente.

**DIMENSÕES:**

Largura das cintas: 50 ± 2 mm

Largura dos velcros: 50 ± 2 mm

**COR:**

Cor	Função	Dimensões (valores mínimos)
Verde	Fixar os pés	1050 mm de comprimento e velcro duplo com 200 mm
Azul	Fixas as pernas	1120 mm de comprimento e velcro duplo com 200 mm
Vermelha	Fixar o quadril	1530 mm de comprimento e velcro duplo com 300 mm
Amarela	Fixar o tórax	1510 mm de comprimento e velcro duplo com 300 mm
Preta	Fixar a cabeça	1410 mm de comprimento e velcro duplo com 250 mm
Preta	Fita central	1200 mm de comprimento

**RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:** Permita a imobilização de um paciente adulto de, no mínimo, 120 kg.

**EMBALAGEM:** As peças devem ser acondicionadas individualmente em sacos plásticos. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as seguintes identificações: nome do fabricante ou marca comercial, nome do material, tamanho, modelo, quantidade de peças e número do contrato.

**AMOSTRA:** Para aprovação e aquisição o fornecedor deverá enviar amostra do material juntamente com relatório de teste de resistência.

**IDENTIFICAÇÃO:** Etiqueta com marca e lote/data de fabricação legível e indelével fixada a 100 mm da extremidade superior da fita preta.

**INSPEÇÃO:** Exame visual e dimensional em todo o lote.

**USO:** Para imobilização de acidentado em maca rígida.